

Контакты

Свяжитесь с нами

Наши специалисты оперативно ответят на все вопросы, произведут расчёты и подготовят решение для Вашего бизнеса



Общество с ограниченной ответственностью «Зетрон Рус»



ГАЗОАНАЛИЗ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОСТЫМ



ООО «Зетрон Рус»

8 (800) 350-57-76

Бесплатные звонки по РФ

8 (499) 490-57-76

info@zetron-rus.com

115230, г. Москва, Каширское шоссе, д. 13Б, офис 601



ПАСПОРТ

Заводской номер

02300C4BC7016

Портативные газоанализаторы

ZETRON COMPACT

1. Общие указания

Перед эксплуатацией газоанализатора портативного Zetron Compact необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации.

Паспорт должен постоянно находиться с изделием.

2. Общие сведения об изделии

3. Основные технические характеристики

Единицы измерения	%Vol., ppm, mg/m ³
Степень защиты корпуса	IP66/IP68
Маркировка взрывозащиты	P0 Ex ia I Ma X / 0Ex ia IIC T4 Ga X
Размеры с пружинным зажимом(Д x Ш x В)	63x95x45 мм
Масса с пружинным зажимом	Не более 125 г
Диапазон рабочих температур	- 40 ... + 50 °С
Относительная влажность воздуха	10 – 95 % (без конденсации)
Атмосферное давление	70 – 130 кПа
Интервал между поверками	12 месяцев

4. Основные метрологические характеристики

Перечень метрологических характеристик и определяемых компонентов газоанализатора Zetron Compact представлен в приложении к Сертификату об утверждении типа средств измерений, регистрационный № 92886–24.

5. Сведения о сертификации

Сертификат соответствия TP TC 012/2011 № ЕАЭС RU С-СН.АЖ58.В.05135/24.

Сертификат об утверждении типа средств измерений, регистрационный № 92886–24.

Декларация о соответствии TP TC 020 (ЭМС) № ЕАЭС N RU Д-СН.РА05.В.29390/24.

Подробные сведения о полученных сертификатах и разрешительной документации приведены на сайте ООО «Зетрон Рус».

6. Комплектность поставки

Наименование	Количество, шт
Газоанализатор Zetron Compact	1
Калибровочный адаптер	1
Руководство по эксплуатации	1
Паспорт	1
Упаковка, габариты 120x80x55 мм	1

7. Сроки службы, гарантийные сроки

Изготовитель гарантирует соответствие газоанализатора требованиям технических условий и конструкторской документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Гарантийный срок составляет 24 месяца с даты продажи газоанализатора. Гарантия на установленный электрохимический сенсор – от 24 до 36 месяцев (в зависимости от типа сенсора). В случае устранения неисправностей газоанализатора по рекламации гарантийный срок продлевается на время, в течение которого газоанализатор не использовался из-за обнаруженных неисправностей.

Гарантия не распространяется на предохранители, элементы питания, фильтры, а также детали, вышедшие из строя из-за нормального износа в результате эксплуатации. Несанкционированный доступ внутрь корпуса газоанализатора может повлечь за собой потерю права на гарантийное обслуживание со стороны предприятия-изготовителя. Средний срок службы, не менее – 15 лет, без учета срока службы электрохимического сенсора и литиевой батареи. В случае обнаружения неисправности газоанализатора в период гарантийного срока потребитель должен направить в адрес организации, осуществившей продажу, заполненную заявку на выполнение сервисных работ с указанием в заявке следующих данных: модель газоанализатора, заводской номер, дата продажи, описание характера неисправности.